

NO100233

OEDで履歴管理をしっかりとっている。

↓メンテリセット後のデータ

装置情報

装置名	OED-1000
製造番号	100233
ソフトウェア	Ver. 0107/T01.A
稼働開始日	11/07/30
最終交換日	17/08/25
運転回数	0
運転回数(殺菌)	3116
運転回数(殺菌+アル)	0
運転回数(リフト)	0
運転回数(自己洗浄)	4
運転回数(740-A単独)	0
運転回数(1P単独)	0

殺菌履歴

Date	Time	オゾン濃度	作業者No.	スコアNo.	mode
08/21	10:56	0.68	2	1	0
08/23	09:45	0.70	7	1	0
08/23	13:08	0.69	7	1	0
08/25	09:30	0.69	11	1	0
08/25	09:59	0.68	11	1	0

内視鏡を登録してください。

No	登録名	No	登録名
01	HOSOI	06	
02	FUTOI	07	
03	BUHINN	08	
04		09	
05		10	

作業者を登録してください。

No	登録名	No	登録名
01	MURAKAMI	06	SIMANE
02	TAKIGUCHI	07	SUZUKI
03		08	AO
04	HAMASIMA	09	SHINODA
05		10	HO

その他設定メニュー

アルコール注入量調整: 0

時刻設定
 現在年月日 17/ 8/25
 現在時刻 13:24

更新

戻る