

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020年 8月 17日 【対応日】 2020年 8月 17日
 【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:)
☐ ユーザー ☐ その他()
 【所在地&ユーザー名】 東京都 横浜歯科

案件No. _____

電話受付: _____

現地対応: 渡辺 弘 (3)

送り状番号: _____

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ (BC-17)
 (機番: 1310 0045)

【症状・エラーコード】
 エラー10

【対応方法】
☒ 預かり修理 (代替機No. 14060103)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: (496)回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☒ 生成器 (アイオニア)
☐ 精製水購入
 【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無
 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用
 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☒ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()
 【現地対応者コメント・所感】