

新島スカイクリニック OEDメンテナンス時 状況 2017 9/25訪問
 20170925 光量低下注意E108を受け、定期メンテナンス実施。タッチパネル白黒⇒カラーに変更



新島スカイクリニック OEDメンテナンス時 状況 2017 9/25訪問
20170925

スコープもかなり白色化していた。(但しユーザー・院長からはそのことを指摘されていない)



