

# 修理報告書（東京支店修理）

修理依頼  
番号

No. 180116

|     |     |                      |     |                   |
|-----|-----|----------------------|-----|-------------------|
| 配布先 | 納入先 | 新鋭工業 株式会社 東京支店 殿     | 機種  | OED-1000          |
| 客先  | 顧客名 | 大谷内科胃腸科 様            | 機番  | 100612            |
| 環営  | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 30-20 | 納入日 | 平成 24 年 12 月 18 日 |
| 環品  | 点検者 | 新鋭工業 西野・IHIAグリテック 中澤 | 受付日 | 平成 30 年 1 月 5 日   |
| 計   | 返送先 | 納入先と同じ               | 出荷日 | 平成 30 年 1 月       |

## 修理依頼・不具合内容

1/4 発生。電源が入らない

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検および作業内容

異常が再現することを確認しました。  
タッチパネルの故障が原因で、これを交換して復旧いたしました。

写真1：交換部品一式




写真2：タッチパネルの殺菌履歴画面



### [2] 作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.75ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

一以上一

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称   | 数量  | 備考      |
|------|--------|-----|---------|
|      | タッチパネル | 1 台 | 白黒→カラー型 |
|      |        |     |         |
|      |        |     |         |

承認



審査



作成

H29. 1. 16

中澤

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHI シバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

面野様

## 御見積書

岡-18-0004-3

大谷内科胃腸科 御中

平成30年1月11日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので  
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: 内視鏡消毒機 OED-1000 修理

御見積金額

¥64,500

| 承認                                                                                  | 審査                                                                                  | 作成                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

御支払条件 : 貴社慣行払い  
納入場所 : 貴社指定場所  
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :  
受付日 : 平成30年1月4日  
貴社名 : 新鋭工業(株) 東京支店殿  
顧客名 : 大谷内科胃腸科様  
機種名 : OED-1000 100612号

| No | 品名        | 摘要       | 個数  | 単位 | 単価     | 見積金額   |
|----|-----------|----------|-----|----|--------|--------|
| 1  | タッチパネル    | 故障につき要交換 | 1   | 台  | 48,000 | 48,000 |
| 2  |           |          |     |    |        | 0      |
| 3  |           |          |     |    |        | 0      |
| 4  |           |          |     |    |        | 0      |
| 5  |           |          |     |    |        | 0      |
| 6  |           |          |     |    |        | 0      |
| 7  |           |          |     |    |        | 0      |
| 8  |           |          |     |    |        | 0      |
| 9  |           |          |     |    |        | 0      |
| 10 |           |          |     |    |        | 0      |
| 11 |           |          |     |    |        | 0      |
| 12 |           |          |     |    |        | 0      |
| 13 |           |          |     |    |        | 0      |
| 14 |           |          |     |    |        | 0      |
| 15 |           |          |     |    |        | 0      |
| 16 |           |          |     |    |        | 0      |
|    |           |          |     |    | 小計     | 48,000 |
| 17 | 分解点検・部品取付 |          | 1   | H  | 9,000  | 9,000  |
| 18 | 運転検査・清掃   |          | 0.5 | H  | 9,000  | 4,500  |
|    |           |          |     |    | 小計     | 13,500 |
| 19 | 送料        |          | 1   | 式  | 3,000  | 3,000  |
|    |           |          |     |    | 小計     | 3,000  |
| 定価 |           |          |     |    | 合計     | 64,500 |

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

## 発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

/ 月 12 日

ご署名 〒380-0066 さいたま市浦和区東仲町30番30号  
東仲町ビル1階

TEL 医療法人大谷内科胃腸科

代表者 大谷 雅彦

TEL:048-883-1177 FAX:048-883-1272

