

埼玉草加病院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中村

点検年月日	平成28年 5 月 16 日	機種名	ONW-10B	製造機番	001467
設置場所				TEL	
設置時期	平成20年 6 月 28 日	使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未使用	調整	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素配管	正常	☒			
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	
	交換 ☐	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

28年5月16日

ご署名 神尾 明義



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。