保守点検・修理　報告書

管理 No.

発行日：　2019　年　8　月　21　日

販売名 / サービスマニュアル Ver（版番号）	オゾン水内視鏡殺菌機　OED-1000 ☐ Ver. 3. オゾン水内視鏡消毒機　OED-1000S ☑ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機　OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号	301544
		作業年月日	2019 年 8 月 21 日
		作業時間	Hr
顧客名	はしもとクリニック　様	TEL：	048-551-8410
所在地	埼玉県深谷市西島町2-2-2	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2018 年 8 月 22 日　保証期間　内 ☑　外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☑　総合点検 ☐　/ 年 / 回目	定期点検シール記入	☑
出張・引取	修　理 ☐　点検のみ ☐　その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

定期交換実施

点検項目

フタロック	正常 ☑		水槽 LED	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	ﾊﾟﾙｽ数 498
オゾンセンサ	正常 ☑	O	排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑	履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 ☐	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☑	
水槽側コネクタ	正常 ☑		マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ	正常 ☑	
	☐		運転ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	正常 ☑	Ver. 0207 1T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。次回より有償¥10,000（税別）となります。

装置情報							
交換後運転回数：	179	更新（ﾘｾｯﾄ）実施 / 未実施		殺菌/消毒：	67	殺菌/消毒+ｱﾙ：	112
リークチェック：	0	自己洗浄：	109	ｱﾙｺｰﾙ単独：	0	エア単独：	0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☑	1
交換後 No.		
オゾンセンサー	☑	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☑ 1
排水栓	☑ 1
接続ｺﾈｸﾀ；水槽側	☑ 1
接続ｺﾈｸﾀ；ﾁｭｰﾌﾞ側	☑ 1
ｵｿﾞﾝ水濃度計用ﾌｨﾙﾀ	☑ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☑ 3
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄　　年　月　日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名　齋藤　香　印

責任技術者	作業者
西野	西野

修理業者　新鋭工業 株式会社　東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444