

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190926

発行日 令和元年 9月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100194
作業年月日	2019年 9月 23日		作業時間:	Hr
顧客名	竹村クリニック 様		TEL:	0246-44-1133
所在地	神奈川県相模原市南区旭町23-13		担当	
販売店			担当	様
納入年月日	2011/1/27	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目		定期点検シール記入	<input checked="" type="checkbox"/>
出張(引取)	オーバーホール <input checked="" type="checkbox"/>		修理表示貼付	<input checked="" type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容	各部点検 および オーバーホール
------------	------------------

不具合原因、作業内容	
------------	--

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> パルス数 662
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	・交換部品の詳細は別紙「100194号 工事写真」をご参照ください。
---------------------------	------------------------------------

装置情報	交換後運転回数: 1245 → 3	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 7709	殺菌+アル: 1668
	リークチェック: 2	自己洗浄: 691	アルコール単独: 31	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		<input checked="" type="checkbox"/>	1式	配管パッキン、フタパッキン		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
メインポンプ、排水ポンプ		<input checked="" type="checkbox"/>	1式	酸素電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
排気ファン		<input checked="" type="checkbox"/>	1台	給水電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
ドレンバルブ ASSY		<input checked="" type="checkbox"/>	1式	アルコールライン電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
マニホールド電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1式			<input type="checkbox"/>	

機械受付日: 令和元年5月20日
機械出荷日: 令和元年9月24日

修理業者 株式会社 IHI アグリテック 岡山事業所
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	2019/9/26 中澤


1: 定期交換部品



2: メインポンプ、排水ポンプ、排気ファン、ドレンバルブASSY



3: マニホールド電磁弁、配管パッキン、フタパッキン



4: 酸素電磁弁、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁

