

3/16 フリニク

御中

点検確認書

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部

点検担当者: 新鋭工業(株) 早坂

点検年月日	令和 1 年 7 月 17 日	機種名	ONW-10B	製造機番	001847
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 22 年 8 月 9 日	運転回数	2495	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☐	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☐	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☐				
酸素発生	正常	☐	濃度 :	%	流量 :	L/min 圧力 :
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一個	運転時間 15分 (正常+14分)
吸湿筒	一個	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
吸盤	三個	
オゾンセンサー	一個	



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

東京都文京区本郷3-12-5

TEL03-3816-0444 FAX03-3816-0406

1 年 7 月 17 日

ご署名 早坂

印