~~保守点検・修理~~ 報告書

管理 No.

発行日 2020 年 9 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500399
作業年月日	2020 年 9 月 17 日		作業時間： Hr
顧客名	鴻巣外科胃腸科 様		TEL： 048-543-7770
所在地	埼玉県埼玉県鴻巣市鴻巣1195-1		ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売㈱		ご担当 様
納入年月日	2019 年 9 月 19 日	保証期間 内 ☑ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張 / 引取	修 理 ☐ 点検のみ ☑ その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11/19 10:06 E:202 消毒時給水異常
12/05 10:14 E:209 原水注入異常

不具合原因、作業内容

~~定期点検作業実施~~ 点検のみ・プログラム変更

点検項目

フタロック	正常 ☑		水槽 LED	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	パルス数 632
オゾンセンサ	正常 ☑	0～1	排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑	履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 ☐	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		消毒 チューブ類	正常 ☑	
水槽側コネクタ	正常 ☑		マニホールド周辺チューブ	正常 ☑	
	☐		運転プログラム バージョン	正常 ☑	Ver. 0302 / T11A → 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

2020年9月17日現在の状況です。1500回もしくは1年間の使用で別紙（カタログ）の定期点検を強くお勧めしています。ご検討を宜しくお願い致します。

装置情報				
交換後運転回数：1193	更新（リセット）実施 ・ 未実施	消毒（総運転回数）：1193	／消毒（洗剤洗浄あり）：818	
消毒＋アル（総運転回数）：	0	／消毒＋アル（洗剤洗浄あり）：	0	
リークチェック： 0	自己洗浄： 257	アルコール単独： 0	エア単独： 0	

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☐
接続コネクタ：チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☐
	☐

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 9 月 17 日

ご署名 [signature] 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野

Ver.1.0