

点検・修理報告書

管理 No. 20650

発行日: 2021年4月21日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年4月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	江古田たかはし歯科クリニック 様 TEL: 03-5988-7800
所在地	東京都練馬区旭丘1-65-19 NSセントラルハイム2 1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 8 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100420	運転回数: 671回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
2. エラー18 減圧異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が動作しない場合があることを確認しました。		
真空工程の蒸気注入時に蒸気弁の動作不良があり、エラー16が発生したと考えられます。		
加熱工程において蒸気弁の動作不良があり、エラー18が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
待記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年4月28日

ご署名 高橋 正 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-8030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高橋	三宅
21/04/21	21/04/21	21/04/21
池	田	宅