

# 点検・修理報告書

管理 No. 20XXX  
発行日: 2021年5月27日

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                  |
| 作業年月日                | 2021年5月25日 作業時間: 8 Hr            |
| 顧客名                  | 医療法人社団羽田会 成城さくら歯科様               |
| 所在地                  | 東京都世田谷区成城6-14-2 三輪ビル2F           |
| 販売店                  | ご担当 様                            |
| 納入年月日                | 2020 年 9 月 25 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品 |
| 作業区分                 | 保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検フル記入 □    |
| 出張・引取                | 修 理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □      |

|                                               |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                                          | 製造番号: 300051 | 運転回数: 542回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                               |              |            |
| ・エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。                        |              |            |
| 原因                                            |              |            |
| ・蒸気ヒーターの汚れにより、蒸気発生器の温度が上昇し、エラー11が発生したと考えられます。 |              |            |
| 処置、作業内容                                       |              |            |
| ・蒸気ヒーターの表面をきれいに洗浄いたしました。                      |              |            |
| 特記事項                                          |              |            |

|   | 交換部品名称 | 部品コード | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------|--------|----|----|
| 1 |        |       |        |    |    |
| 2 |        |       |        |    |    |
| 3 |        |       |        |    |    |
| 4 |        |       |        |    |    |
| 5 |        |       |        |    |    |
| 6 |        |       |        |    |    |
| 7 |        |       |        |    |    |
|   |        |       | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |       | 技 術 料  |    |    |
|   |        |       | 出 張 料  |    |    |
|   |        |       | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 2 日

ご署名 渡邊 明日香 (渡邊)

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証                 | 責任技術者              | 作業者                |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 南<br>21/05/27<br>池 | 富<br>21/05/27<br>田 | 山<br>21/05/27<br>本 |