

点検・修理報告書

管理 No. 210341

発行日: 2021年10月20日

IC Clave	
作業年月日	2021年10月18日 作業時間: 8 Hr
顧客名	ライフデンタルクリニック十条 様 TEL: 03-4291-6216
所在地	東京都北区十条仲原2-11-8 ご担当 様
販売店	ご担当 山崎 様
納入年月日	2015 年 11 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100029	運転回数: 3274回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・真空弁の開閉不良が確認されました。真空工程の真空引き時に真空弁が閉まった状態のため吸引できず、エラー14が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・真空弁を交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 25 日

ご署名 片岡伸浩 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山本
21/10/20	21/10/20	21/10/20