

点検・修理報告書

管理 No.

20626

発行日：2021 年 10 月 21 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 9 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	安藤歯科医院 様		TEL： 047-370-3711
所在地	千葉県市川市新田4-7-9アフェールヤジマ2F		ご担当 様
販売店	ケーオーデンタル(株)城東		ご担当 東篠 様
納入年月日	2014 年 11 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070124	運転回数： 5237
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・ドアパッキンの劣化		
・真空ポンプの劣化		
・ドアロック不良		
処置、作業内容		
・ドアパッキン、真空ポンプ交換		
・ドアロック調整		
・各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		
・給排水タンク清掃・水ポンプ清掃		
・運転室内清掃		



交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 ドアパッキン		1		
2 真空ポンプ		1		
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 10 月 29 日

ご署名 近 木 久 美 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/10/21 池	富 '21/10/20 田	安 '21/10/20 田