

点検・修理報告書

管理 No. 20343
発行日: 2021年1月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021/1/15		作業時間: 8 Hr
顧客名	nicoキッズデンタル 様		TEL: 03-6421-4649
所在地	東京都目黒区柿の木坂1-32-12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100044	運転回数: 2478回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁の動きが悪く、動作しない場合があることが分かりました。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 1 月 22 日

ご署名

木村

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
池	吉	三
21/01/18	21/01/18	21/01/18
池	日	宅