

点検・修理報告書

管理 No. 210478
発行日: 2021年9月21日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月9日 作業時間: 8 Hr
顧客名	さくらデンタルクリニック 様 TEL: 03-5484-8148
所在地	東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスビルN館1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 25 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100365	運転回数: 1422回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 2 5 圧力センサー故障が発生した。

原因

・圧力センサー故障のため、本エラーが発生したと考えられます。

処置、作業内容

・圧力センサーを交換いたしました。

特記事項

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 圧力センサー		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 27 日

ご署名 ヤマダ修理 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山形
'21/09/21	'21/09/21	'21/09/21