

点検・修理報告書

管理 No. 20971
発行日: 2021年9月9日

IC Clave			
作業年月日	2021年7月21日		作業時間: 8 Hr
顧客名	桜堤あみの歯科 様		TEL: 0422-37-0777
所在地	東京都武蔵野市桜堤1-8-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 8 月 24 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300011	運転回数: 888回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー11 蒸気発生器高音異常が発生した。		
2. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
3. エラー26 停電異常が発生した。		
原因		
1. 排蒸弁に異物が詰まっており、リークしておりました。そのため、蒸気発生器の水位が低下し空焚き状態となり、高温になったためにエラー11が発生したと考えられます。		
2. ドアパッキンが劣化しておりましたので、シール不良でエラー12が発生したと考えられます。		
3. 空焚きになったために、蒸気ヒーターが焼けて絶縁不良状態となり、ブレーカが落ちたと考えられます。		
処置、作業内容		
・排蒸弁を交換しました。		
・蒸気ヒーター、蒸気発生器を交換しました。		
・ドアパッキンを交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排蒸弁		1		
2	蒸気ヒーター		1		
3	蒸気発生器		1		
4	ドアパッキン		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 9 月 29 日

ご署名 中西 真知子 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山本
'21/09/09	'21/09/09	'21/09/09