

点検・修理報告書

管理 No. 20856

発行日: 2021年6月3日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月1日		作業時間: 8 Hr
顧客名	L 歯科クリニック 様		TEL: 03-6913-4078
所在地	東京都練馬区石神井町2-14-31 ビオラ2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 2 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100060	運転回数: 5718回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- エラー 1 5 蒸気発生器加熱時間オーバー異常が発生した。
- エラー 1 8 滅菌異常が発生した。

原因

- 蒸気ヒーターの断線を確認しました。断線のため、加熱できず、エラー 1 5 が発生したと考えられます。
- 蒸気弁の作動不良が確認できました。加熱工程で温度を上昇させるために蒸気弁を開き、蒸気を注入するタイミングで蒸気弁が開かないために蒸気が注入できず、温度が低下し、エラー 1 8 を発生したと考えられます。

処置、作業内容

- 蒸気ヒーターを交換しました。
- 蒸気弁を交換いたしました。

特記事項

- ご購入いただいてから5000回以上ご使用いただいております。末永くご使用いただくために、定期点検を是非お願いいたします。劣化の激しい箇所は、今回の作業で交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	蒸気弁		1		
3	回水弁		1		
4	ラジエーター		1		
5	給水タンク		1		
6	排水タンク		1		
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 11 日

ご署名 福田典子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/06/03 池	高 '21/06/03 田	菊 '21/06/03 池