

点検・修理報告書

管理 No. 210650
発行日： 2021年11月17日

IC Clave	
作業年月日	2021年11月5日 作業時間： 8 Hr
顧客名	江古田たかはし歯科 様 TEL：
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100420	運転回数： 1027回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・排水タンクから排水されない。		
原因		
・排水タンクの汚れがかなりひどい状態でした。この汚れ物質が排水コネクタを詰まらせておりました。		
処置、作業内容		
・排水コネクタ、排水タンク、ホースを清掃いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 25 日

ご署名

高橋

印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	福原
'21/11/17	'21/11/17	'21/11/17