

点検・修理報告書

管理 No. 210717
発行日： 2021年12月15日

IC Clave	
作業年月日	2021年11月30日 作業時間： 8 Hr
顧客名	桜堤あみの歯科 様
所在地	東京都武蔵野市桜堤1-8-3
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 □ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 □
出張・引取	修理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □

装置情報	製造番号： 300011	運転回数： 1226回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。

2. エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。

原因

・ 蒸気発生器と蒸気ヒーターにミネラル成分（カルシウム、シリカ、マグネシウムなど）と考えられる析出物が付着してありました。

1. 析出物が排蒸弁に詰まり、リークしておりました。そのために蒸気発生器の水が不足し、空焚き状態となったり、エラー 1 1 が発生したと考えられます。

2. 空焚きにより、ドアのロックピンを押し出す圧力が低下し、エラー 1 2 が発生したと考えられます。

処置、作業内容

・ 蒸気発生器の析出物の除去は困難なため、交換いたしました。

・ 蒸気ヒーターの析出物は除去しました。

・ 排水タンクにもこの析出物がたまっておりましたので、清掃しました。

・ 排蒸弁の清掃をいたしました。



特記事項

蒸気発生器 蒸気ヒーター

・ 念のため回水弁、蒸気弁、排気弁の清掃もしておきました。

・ 使用している精製水にミネラル成分が多く残っていると考えられます。

ご使用になっている浄水器のフィルター交換などお手入れをお願いいたします。

・ 最新の状態にバージョンアップいたしました。

排水タンク



交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 蒸気発生器		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 / 12 月 22 日

ご署名 沢谷 貴子 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	大黒