

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2022 年 1 月 12 日 【対応日】 2022 年 1 月 12 日

【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:)
☐ ユーザー ☐ その他()

【所在地&ユーザー名】 東京都 デジタルクリニック 根岸

案件No. 211001

電話受付: _____

現地対応: 小笠、MC補正

送り状番号:

【機種】 IC Washer · IC Clave · WD-150 · BC-17
(機番: 100173) 光沢機

【症状・エラーコード】

エラー -20

【対応方法】
☒ 預かり修理（代替機No. 10012）
☐ 現地対応
 対応内容： ☐ 部品交換（ ）
 ☐ その他（ ）

【運転情報】
 運転回数: (45) 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: () ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

＜ICW・WD＞

☐ 水

☐ 水&温水

＜ICC・BC＞

☐ 生成器
(アイオニー・)

☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

＜ICW・WD＞

☐ 標準ラック

☐ ハンドピースラック

＜止水プラグ使用＞

☐ 有 ☐ 無

＜SUSフィルター洗浄＞

☐ 有 ☐ 無

＜ICC・BC＞

☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☒ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 、ICC 再々入替
 、ユーザへの機体、早、段階での返却をする旨伝えた。

医療機器の貸出に関する確認書

返却確認日 2022年 1 月 12 日

貸出元 株式会社IHI物流産業システム
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先 〒110-0003 東京都台東区根岸5-13-9
所在地 〒デンタルクリニック根岸
電話番号
管理責任者 石和田 恵理
氏名 TEL 03-3871-4885

貸出目的

- ☐デモ ☐臨床試用(有効性・安全性、操作性等の確認) ☐緊急時・災害時対応 ☒事故・故障対応 (必ずお願いします)
☐研修 ☐研究目的・公益的研究活動 ☐納期遅延対応 ☐その他()

品名・メーカー名・規格型式	数量	使用者名／設置場所	期間	症例数
クラスBオートクレーブ Icclave (代替機番号: 100121)	/	デンタルクリニック根岸様	2022.1.12 ~	X

●貸出期間中の費用負担:

- 1.当該医療機器の設置:
- 2.当該医療機器の撤去:
- 3.貸出期間中の保守・修理:
- 4.貸出期間中の消耗品:
- 5.その他の費用:

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

お取引先商店名:

ご担当者名:

・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。

管理No.	6784	作業日/納入日	2022/01/12(水)	ご依頼日/受付	2022/01/12(水)
お客様	デントタルクリニック根岸 様			ご依頼者	様
住所	東京都台東区根岸5-13-9 帝都ビル101			室名	
TEL	03-3871-4885			保守契約	

実施センター		営業部		TEL		026-273-0720		作業者		高買友也	
同行		同行		同行		同行		同行		同行	
メーカー		IH1物流産業システム		型式		IC Clave -					
機種名		小型高圧蒸気滅菌器		医療機器区分		3区分		特定保守		非該当	

		製造番号	300153		運転回数		回
機器2型		製造番号	機器3型			製造番号	
機器4式		製造番号	機器5式				
作業区分	修理	完了・継続	(完了)	継続	有料・無料	(有料)	無料

二依頼内容、現象 IC Clave 入れ替え作業補助依頼		原因	
エラーNo.コード			
処置 ☐ 部品交換 ☐ 各部増締 ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・PG確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転 ☒ 異常なし		IC Clave 入れ替え作業 試運転問題無し	

[illegible]


本日は、上記作業をおこないましたので、ご査収下さい。

なお、ご不明な点がございましたら、
左上欄の管理No.にてお問合せ下さい。

後日、納品書・請求書をご送付申し上げます。

作業著	お客様サイン
島貫	11/12/11

信賴され選ばれる医療機器
サービスプラットフォーム



エムシーサービズ全国ネットワーク

各種メソテナンス・福祉機器・洗淨機・滅菌装置・医療機器・各種医療器具

- | | | | |
|-------|------------------|----------|------------------|
| 札幌SC | TEL 011-811-1522 | 松本SC | TEL 0263-78-5758 |
| 旭川SC | TEL 022-232-9330 | 静冈SC | TEL 054-368-3000 |
| 旭山SC | TEL 024-939-7636 | 名古屋SC | TEL 0581-66-1617 |
| 北国SC | TEL 028-611-0757 | 岐阜SC | TEL 0575-38-4400 |
| 群馬SC | TEL 027-989-0505 | 徳島SC | TEL 075-652-8000 |
| 神奈川SC | TEL 046-401-1800 | 大塚SC | TEL 072-625-6659 |
| つくばSC | TEL 029-884-5009 | 神戸SC | TEL 078-945-6172 |
| 埼玉SC | TEL 049-222-0171 | 7-11神戸SC | TEL 078-304-5711 |
| 千葉SC | TEL 046-249-6572 | 岡山SC | TEL 086-738-0030 |
| 千葉SC | TEL 043-206-0660 | 北九SC | TEL 093-284-5500 |
| 新潟SC | TEL 025-275-8347 | 福岡SC | TEL 092-710-6801 |
| 京浜SC | TEL 076-223-0456 | 鹿児島SC | TEL 099-228-5761 |
| 愛媛SC | TEL 026-273-0720 | 鹿児島SC | TEL 098-227-2230 |

本社 〒387-0013 長野県千曲市小穂3171-5

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074