

点検・修理報告書

管理 No. 210838

発行日: 2022年1月19日

IC Clave			
作業年月日	2022年1月17日		作業時間: 8 Hr
顧客名	デンタルクリニック根岸 様		TEL: 03-3871-4885
所在地	東京都台東区根岸5-13-9 帝都ビル101		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2021 年 3 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300153	運転回数: 372回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー28 缶体ヒーター温度異常が発生した。 2. 電源を入れたときに、「缶内温度センサー故障」表示が出る。		
原因		
1. 缶体温度センサーが故障しておりました。 2. 缶内温度センサーが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・缶体温度センサーを交換いたしました。 ・缶内温度センサーを交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。 ・SDボードが故障しておりましたので、交換いたしました。 ・うなり音がありましたので、真空弁を交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	缶体温度センサー		1		
3	缶内温度センサー		1		
4	SDボード		1		
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	
	TEL110-0003 東京都台東区根岸5-13-9		
	デンタルクリニック根岸 石 和 年 田 / 恵 月 理 日 TEL 03-3871-4885		
ご署名		印	

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	大黒
'22/01/19	'22/01/19	'22/01/19