

点検・修理報告書

管理 No. 210432

発行日: 2020年 1月 21日

BC-17	
作業年月日	2021 年 12 月 24 日 作業時間: Hr
顧客名	マコト歯科医院 様 TEL: 03-3607-6207
所在地	東京都葛飾区東水元2-4-1 ご担当 様
販売店	ササキ(株) 東京北支店 ご担当 小越 様
納入年月日	2015 年 3 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 14080158	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー81 時間が経過しないとドアが開かない		
原因		
・真空・乾燥電磁弁 (SV1) の動作不良		
・ドア蓋板およびドアロック部のズレ		
処置、作業内容		
・真空・乾燥電磁弁 (SV1) の交換		
・ドア蓋板、ドアロックユニット部の調整		
・各種点検、清掃、運転確認		
特記事項		
・給水タンクキャップの劣化による交換		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空・乾燥電磁弁 (SV1)		1		
2	給水タンクキャップ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			〒125-0033 東京都葛飾区東水元2-4-1		
			マコト歯科医院 院長 中 田 隆 一		
			TEL 03-3607-6207		
			ご署名 A X 03-3608-53 印 1		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'21/12/24	'21/12/24	'21/12/24