

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300139
作業年月日	平成 26 年 10 月 29 日	作業時間: Hr
顧客名	杉本内科	TEL: 042-368-5814
所在地	東京都府中市府中町1-1-5高木ビル4F	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
☒ 出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒

清掃 ☐

消毒槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
消毒チューブ類	正常	☒
	正常	☐

バルブ数 477

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

運転動作正常、酸素濃度 12.0%

装置 情報	交換後運転回数: 248	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 2	消毒+アル: 246
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2/0	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 10 月 29 日

ご署名 楠田英子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

