

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 12 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301191
作業年月日	令和 3 年 12 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	佐野医師会病院 様		TEL： 0283-22-5358
所在地	栃木県佐野市植上町1677		ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社 佐野営業所		ご担当 様
納入年月日	2014 年 1 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/27 消毒時給水異常 F:202

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 665
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水問題はありませし、

装置 情報	交換後運転回数： 1204 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2275	殺菌/消毒+7L： 21704
	リークチェック： 2	自己洗浄： 1190	7Lコル単独： 40
		エア単独： 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽/チューブ		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルター	糸巻き	☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	給水ホース	セーテス	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021 年 12 月 14 日
柳沢

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者



西野