

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 5 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：500264
作業年月日	令和 3 年 5 月 12 日		作業時間：Hr
顧客名	高橋外科内科 様		TEL：028-647-3434
所在地	栃木県宇都宮市上町194-1		ご担当 様
販売店	サンメディックス株式会社		ご担当 様
納入年月日	2019 年 5 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E:102 E:209 E:202 E:111 E:401

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 779
オゾンセンサ	正常 ☒ 17	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませぬ。

装置 情報	交換後運転回数：879 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）：1147 消毒（洗剤洗浄あり）：0	
	消毒+アル（総運転回数）：59	消毒+アル（洗剤洗浄あり）：0	
	リークチェック：0	自己洗浄：600	7&コ-ル単独：0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 3 年 5 月 12 日

ご署名

手塚 利枝

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

