

ウォッシャーディスインフェクター

IC Washer

WD-150設置報告書

IHIシバウラ用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 営業サービスグループ

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

お客様	名称 ワイヤル ディスインフェクター 79ニック 株	製造番号 100006	ご確認 稲川
	住所 〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6	納入日	
	納入場所	納入検査・会社・実施者 エムシーサービス(株) 稲川	

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考