

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 5月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100234	
作業年月日	平成 26年 5月 14日		作業時間	:	Hr
顧客名	IHI播磨病院 御中		電話番号	: 0791-22-0380	
所在地	兵庫県相生市旭3丁目5番15号		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 23年 5月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 3年 1回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バル数 738
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 945 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 1,561 回	殺菌+アル: 2,118 回
	リークチェック: 41 回	自己洗浄: 683 回	アルコール単独: 117 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10080376→ NO.11060665
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.110105-004→ NO.140418-004
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2014年 5月 14日

ご署名

中田 良二



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山