

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 7月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100418	
作業年月日	平成 26年 7月 18日		作業時間	:	Hr
顧客名	まいづる協立診療所 御中		電話番号	: 0773-76-7883	
所在地	京都府舞鶴市字上安小字水力199-30		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 1月 31日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 634
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 200 回	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 465 回	殺菌+7L: 433 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 20 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
脱気フィルター		☒	1枚	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 長谷部 幸子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山