

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____

発行日 平成 26年 6月 13日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 369	
作業年月日	平成 26年 6月 13日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	豊田胃腸科外科 御中		電話番号	: 078-591-1571	
所在地	兵庫県神戸市北区南五葉3-4-22		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 16年 3月 29日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シート記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☐
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☐
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☐
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☐	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	総運転回数: 690 回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	交換後運転回数: 464 回
酸素発生	濃度: 90.5 %	流量: 0.82 L/min	圧力: 138 ~ 236 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
オゾン分解触媒		☐	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☐	一式	NO, → NO,
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 6 月 13 日

ご署名

中山 先生

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山

連 絡 書

株式会社 IHI シバウラ 御中
中澤 様



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1

TEL 06-6228-3311 FAX 06-6228-3321

担 当 : 中 山

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、下記の件につきまして FAX にてご送付いたしますので、よろしく願います。

敬具

件 名:

いつもお世話になっております。

豊田胃腸科外科様(神戸市北区)の修理見積り依頼品を発送致します。

別紙のオーバーホール見積りを院長先生に提示説明済みで、

⑮オゾン発生器、⑯トレーASSY の 2 点は修理交換しない事になりました。

その他の部品は交換する見積りで定価 ¥ 450,000-(税込)にして欲しい

との事ですが可能でしょうか。またご連絡下さい。

お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。

合 計 1 枚 (本誌含む)

御見積書

平成 26年 6月 13日

豊田胃腸科外科 御中



安全と省力化で医療福祉社会を願う

新鋭工業株式会社

大阪支店

〒541-0042 大阪市中央区今橋1-6-1

TEL 06-6228-3311 FAX 06-6228-3321

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件 名: オゾン水内視鏡洗浄機オーバーホール代

御見積金額(税別) ￥713,100

承認	審査	作成
		中山

御支払条件 : 従来通り 受付日 : 平成 26年 6月 13日
納入場所 : 貴院様 納入日 : 平成 16年 3月 29日
見積有効期限 : 発行後3ヶ月 機種名 : ONW-10 369号機 運転回数: 回(購入年数 10年目)

No	品名	交換の目安	個数	単位	単価	見積金額
1	吸着筒、吸湿筒	2年もしくは3000回の短い方	1	式	63,000	¥63,000
2	ドレンフィルター	1年もしくは1500回の短い方	1	個	1,000	¥1,000
3	オゾン分解触媒	1年もしくは1500回の短い方	1	個	24,000	¥24,000
4	水位レベルセンサー	2年もしくは性能低下時	3	本	5,000	¥15,000
5	排水バルブ用チューブ	2年もしくは劣化時	1	本	1,700	¥1,700
6	給水電磁弁	3年もしくは劣化時	2	個	8,400	¥16,800
7	水ポンプ(P-1オゾン水製造ポンプ)	2年もしくは1500回の短い方	1	台	37,200	¥37,200
8	水ポンプ(P-2内視鏡洗浄ポンプ)	2年もしくは1500回の短い方	1	台	37,200	¥37,200
9	水ポンプ(P-3排水ポンプ)	2年もしくは1500回の短い方	1	台	37,200	¥37,200
10	配管チューブ、パッキン	2年もしくは劣化時	1	式	20,000	¥20,000
11	エアコンプレッサー	5年もしくは性能低下時	1	台	63,000	¥63,000
12	オゾンセンサー	2年もしくは性能低下時	1	個	25,000	¥25,000
13	排水電磁弁(抵抗ASSY含む)	3年もしくは劣化時	1	個	35,400	¥35,400
14	フタスプリング	2年(1500回)もしくは損傷時	4	個	400	¥1,600
15	オゾン発生器	5年(6000回)の性能低下時	1	個	240,000	¥240,000
16	トレイASSY	損傷時	1	個	28,000	¥28,000
					小計	¥646,100

17	原因調査、部品取付作業		5	H	9,000	¥45,000
18	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	¥9,000
					小計	¥54,000

19	梱包送料		1	式	3,000	¥3,000
20	出張作業費		1	式	10,000	¥10,000
					小計	¥13,000

	定価		合計	¥713,100
--	----	--	----	----------

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。
3

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

TEL

印