

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 8月 20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300257	
作業年月日	平成 26年 8月 20日		作業時間	:	Hr
顧客名	北住医院 御中		電話番号	: 075-612-5217	
所在地	京都府京都市伏見区向島本丸町20ア-ス-ア-ク観月橋1階		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 3月 31日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・アルコールタンク用キャップの破損。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 654
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・アルコールタンク用キャップの交換。

装置情報	交換後運転回数: 80 回	更新(リセット)実施・未実施 ☒	消毒: 4 回	消毒+アル: 77 回
	リークチェック: 80 回	自己洗浄: 70 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014 年 8 月 20 日

ご署名 院長 北住 清治

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山