

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 11月 14日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300092	
作業年月日	平成 26年 11月 14日		作業時間	:	Hr
顧客名	坂口医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府富田林市高辺台2丁目6-30		電話番号	:	0721-28-8891
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 11月 28日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 495
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 144 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 3 回	消毒+アル: 142 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 40 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12081154 → NO.10010112
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO.120801-034 → NO.091126-014
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 坂口 夏山	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山