

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 7月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300330
作業年月日	平成 27年 7月 6日		作業時間	: Hr
顧客名	常岡内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市灘区備後町3丁目1-5		電話番号	: 078-841-4512
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 7月 16日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 652
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 17 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 3 回	消毒+7L: 17 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 1 回	7Lアルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13041360 → NO. 11060660
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 130528-005 → NO. 140514-005
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールキャップ		☒	1個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 7 月 6 日

ご署名

常岡 武史

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山