

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 10月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100324
作業年月日	平成 27年 10月 13日		作業時間	: Hr
顧客名	上田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県西脇市野村町865-5		電話番号	: 0795-22-3040
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	平成 23年 10月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 5/2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / TohA
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 240回	更新（リセット） ☒ （実施）・未実施	殺菌: 23 回	殺菌+7L: 1004 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 936 回	7Lアルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14011868 → NO. 12051003
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 141002-003 → NO. 130717-024
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、ホック継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山