

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 9月 8日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300356
作業年月日	平成 27年 9月 8日		作業時間	: _____ Hr
顧客名	中田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県加古川市平岡町新在家3丁目286-5		電話番号	: 079-422-3720
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 9月 6日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 498
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	プログラムVer 正常 ☒ 0204/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 356 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 3 回	消毒+アル: 355 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 286 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13051419 → NO. 12040960
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130529-030 → NO. 150309-013
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 9 月 8 日

ご署名 中田 邦也

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山