

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 10月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	: 300025	
作業年月日	平成 27年 10月 30日		作業時間	:	Hr
顧客名	太田クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県明石市二見町西二見89-7 兵庫二見ビル2階		電話番号	:	078-949-0388
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 5月 8日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・10/17(土)より E:III 排水は意が13回発生。

不具合原因、作業内容

・排水フィルターの目詰まりにより E:II から出たと思われました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 316
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204 / TO2.B

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・排水フィルター・新型に交換。正常動作した為、終了。

装置情報	交換後運転回数: 146 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 6 回	殺菌+アル: 769 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 621 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター(新型)		☒	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27年 10月 30日

ご署名 太田昌資

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山