

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 11月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100569
作業年月日	平成 27年 11月 13日		作業時間	: Hr
顧客名	山田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市阿倍野区王子町2-12-14		電話番号	: 06-6622-3166
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 24年 11月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 579
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0/07/TO/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 152 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 74 回	殺菌+アル: 89 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 86 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 100502/0 → NO. 11020573
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130807-017 → NO. 151001-004
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 山崎 東美子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山