

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 2月 17日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300486	
作業年月日	平成 28年 2月 17日		作業時間	:	Hr
顧客名	ひろい内科クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県西宮市甲子園口4丁目22-22		電話番号	:	0798-63-0990
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 2月 19日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 414
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0205/T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	13 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒:	5 回	消毒+アル:	9 回
	リークチェック:	0 回	自己洗浄:	7 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13091543 → NO.13091529
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.131102-003 → NO.140405-002
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 廣井伸子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山