

(株)IHシパウラ御中 中澤様

御見積書

岡-16-0053-2

新鋭工業(株) 大阪支店 御中

平成28年2月23日
株式会社 IHシパウラ
機械事業本部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: 内視鏡洗浄機 修理

御見積金額

¥139,200

伝票No. : 03-21283
受付日 : 平成28年2月5日
貴社名 : 新鋭工業(株) 大阪支店殿
顧客名 : 小島外科 様
機種名 : ONW-10 730号 運転回数:1697

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

承認	審査	作成

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	吸着筒、吸湿筒	性能低下につき要交換	1	式	63,000	63,000
2	ドレンフィルター	性能低下につき要交換	1	個	1,000	1,000
3	オゾン分解触媒	性能低下につき要交換	1	個	24,000	24,000
4	配管チューブ、パッキン	性能劣化につき要交換	1	本	7,000	7,000
5	水位レベルセンサー	性能劣化につき要交換	3	本	5,000	15,000
6	オゾンセンサー	性能劣化につき要交換	1	個	25,000	25,000
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
小計						135,000
15	分解点検、部品取付作業		3	H	9,000	27,000
16	運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
小計						36,000
17	送料		1	式	3,000	3,000
小計						3,000
定価					合計	174,000
新鋭工業殿仕切価格					×0.80	139,200

備考

1.本見積には消費税は含まれておりません。
2.新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。
3.本製品は平成21年8月に製造販売を終了しており、修理対応期間は平成28年8月までとさせていただきます。
何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

発注書 廃棄依頼書

上記見積もり内容にて発注いたします。 8月31日

内視鏡検査を止められるため
廃棄をお願いいたします。

ご署名 新鋭工業(株)

TEL

印 中