

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年8月24日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300607
作業年月日	平成28年8月24日		作業時間	: Hr
顧客名	土屋クリニック		ご担当	: 院長先生 様
所在地			電話番号	:
販売店	セコーメディカル		ご担当	岩崎 様
納入年月日	平成27年8月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ / 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☐ バルブ数 4/5
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 238 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 99 回	消毒+7L: 139 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 120 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 140415001 → NO. 120822020
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 14041682 → NO. 12091164
給水フィルター		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	28 年 8 月 24 日 和日 岡田 洋子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田