

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 1月 11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300240
作業年月日	2017年 1月 11日		作業時間	: Hr
顧客名	松井胃腸科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市天王寺区生玉町2-3-301		電話番号	: 06-6770-2226
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 3月 11日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・1/5(木)から1/11(水)まで「E:111 排水注量」が計12回発生。

不具合原因、作業内容

・排水フィルタ-新型の目詰まりが原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 664
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・排水フィルタ-新型を交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 846 回	更新(リセット)実施: ☒ 未実施	消毒: 1072 回	消毒+アル: 1710 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, X → NO, X
排水フィルター	新型	☒	1個	オゾンセンサー NO, X → NO, X
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

松井成生

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山