

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 12月 7日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300470	
作業年月日	平成 28年 12月 7日		作業時間	:	Hr
顧客名	大寿会病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府枚方市伊加賀西町47番1号		電話番号	:	072-841-1661
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 12月 24日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 921
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 20 / 回	更新 (リセット) <u>実施</u> ・ 未実施	消毒: 24 回	消毒+7L: 306 回
	リークチェック: 130 回	自己洗浄: 62 回	7Lアルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 110/0517 → NO. 16082856
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140822-009 → NO. 151601-008
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクター、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名 三浦 厚司	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山