

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 2月17日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300011	
作業年月日	2017年 2月 日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	南クリニック胃腸肛門科 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県橋本市市脇4-7-6		電話番号	: 0736-34-0171	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2013年 2月 12日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 298
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver0207/T02.B
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
EC-59ZW3M, EG-590ZW, Advancia, MSR-1400, 保管庫 x			

装置 情報	交換後運転回数: 1175 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 2927 回	消毒+アル: 2135 回
	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 1084 回	アルコール単独: 15 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 1020484 → NO. 13071454
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130109-003 → NO. 130626-013
給水フィルター	(中空糸)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルタ、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
29年 2月 17日 ご署名 前川 美代子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田