

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 1月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300153
作業年月日	2017年 1月 10日		作業時間	: Hr
顧客名	岡林医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市下京区西洞院通松原下ル永倉町555-4		電話番号	: 075-341-0393
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 1月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
不具合原因、作業内容				
点検項目				
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 527
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
			プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				

装置 情報	交換後運転回数: 258 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 200 回	消毒+アル: 578 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 408 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13071474 → NO.13091533
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO.101221-002 → NO.140623-012
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
バルブスタ		☒	1本	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		岡林 秀 雄

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山