

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 3月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100737
作業年月日	2017年 3月29日		作業時間	: / Hr
顧客名	津田クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県紀の川市桃山町神田156		電話番号	: 0736-66-3111
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 3月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 42/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/Tel.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Adlancia - EG-580NW, カフニ Type-S-80 (吸引器), MONA CLAVE.

装置 情報	交換後運転回数: 71 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 176 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 4 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10070330 → NO. 11060669
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 110630-009 → NO. 140107-004
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

柏田