

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 5月 31日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100575	
作業年月日	2017年 5月 31日		作業時間	:	Hr
顧客名	ひだか内科クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府吹田市岸部北2丁目1-23		電話番号	:	06-6170-8272
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2012年 12月 12日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。主電源を何回か入れなおしても。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 385
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T01.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数：	1回	更新（リセット）実施・ 未実施	殺菌：	30回	殺菌＋アル：	521回
	リークチェック：	0回	自己洗浄：	414回	アルコール単独：	0回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H018718 → S/N: 087374H030762

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山