

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 7月 12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機　OED－１０００Ｓ			製造番号	: 300472
作業年月日	2017年　7月　12日			作業時間	: Hr
顧客名	新井内科クリニック　御中			ご担当	: 院長先生　様
所在地	大阪府堺市東区引野町3-48-2			電話番号	: 072-288-1011
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015年　1月　6日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修　理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・残り1分の表示になり排水を開始するが、3分位掛かる。			
不具合原因、作業内容			
・排水フィルター新型の目詰まりが原因です。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 359
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・専用床下排水口のため、排水フィルターのみを撤去し、正常作動したので終了。			
※排水フィルター容器はそのまま設置。			

装置 情報	交換後運転回数：544回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：2217回	消毒＋アル：1156回
	リークチェック：0回	自己洗浄：3回	アルコール単独：1回	エア単独：1回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
排水フィルター（新型）		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日 ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山