

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 1月 31日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300184
作業年月日	2018年 1月 31日		作業時間	: Hr
顧客名	宮崎クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県丹波市柏原町南多田686-1		電話番号	: 0795-73-5501
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 2月 12日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 542
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T64C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数:	754 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒:	1088 回	消毒+アル:	2080 回
	リークチェック:	4 回	自己洗浄:	7692 回	アルコール単独:	4 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.100/0068 → NO.16022235
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140728-002 → NO.151203-002
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル NO.087374H02741 → NO.124824C048866

お客様ご確認署名欄		30年 1月 31日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 宮崎直之

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山