

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 2月 19日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300344
作業年月日	2018年 2月 19日		作業時間	: Hr
顧客名	堀井医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府茨木市舟木町5番26号		電話番号	: 0726-32-2233
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 7月 28日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

予防保全のため、タッチパネル、給水フィルターセト(活性炭)を交換。

不具合原因、作業内容

タッチパネル、給水フィルターセト(活性炭)を交換。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 275
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204 / To4C

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

タッチパネル、給水フィルターセト(活性炭)を交換し正常作動した事で終了。

装置情報	交換後運転回数: 993 回	更新(リセット)実施: ☒ 未実施	消毒: 2521 回	消毒+アル: 3433 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 172 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター	(活性炭)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	タッチパネル NO.087374H029506 → NO.126824C048789
タッチパネル		☒	1個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 2月 19日

ご署名

堀井

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山