

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 4月 18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300531
作業年月日	2018年 4月 18日		作業時間	: 1.5 Hr
顧客名	とみお岩崎クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市二名3-1046-1		電話番号	: 0742-93-8755
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 4月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 566
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

リニバス GIF-XP290N , AV-50CB , YS-A-C108
5/回 CV-290, CLV-290, S-7W-II(1502878)

装置情報	交換後運転回数: 58 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 158 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 146 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14071850 → NO.18013039
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.131029-008 → NO.130723-002
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
保管庫KD-30用	フィルター	☒		
定期交換部品セット		☐	1セット	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年 4月 18日

ご署名

(Signature)

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田