

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 26日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301298	
作業年月日	2018年 10月 26日		作業時間	:	Hr
顧客名	瀬戸本医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市灘区泉通5丁目1-8		電話番号	:	078-861-5027
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2017年 10月 27日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサー 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 445 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0207-T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 124 回	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 8 回	消毒+7L: 118 回
	リークチェック: 122 回	自己洗浄: 117 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	ワゴン水濃度計 NO. 16122545 → NO. 51809066
排水フィルター		☐	1個	ワゴンセンサー NO. 160914-001 → NO. 150106-006
給水フィルター		☐	1個	ワゴン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	ご署名 瀬戸本 小生

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山